

**[MR検査当日までに ご留意いただきたい事項]**

検査を受ける方は「体に何も付けない」、「何もついていない衣類にする」ことが必要です。  
検査を受ける方に 特に注意し、避けていただきたい「身につけているもの」は次のものです。

- ・ 髪飾りの「振りかけるラメ」
- ・ ラメ・スパンコール・プリント・立体的な飾りなどのついた下着
- ・ ヒートテックのような汗をすって発熱する保温用下着
- ・ 歯列矯正金具（処置された歯科に「付けたままMR検査を受けてよいか」事前に確認してください。）

**以下に示すものについては、検査室内に持ち込まないよう ご注意ください。**

検査を受ける方には原則として取り外していただきます。

「はずせないもの」はお申し出ください。

同伴者の方も入室いただく場合がありますので、できるだけ何も付けずにおいでください。

入室する可能性のある同伴者の方は、容易にはずせるものは 検査時刻前にすべてはずしておいてください。

**検査を受ける方に注意が必要なもの（以下のすべて）**

**入室する同伴者の方にも 特に注意いただきたいもの（下線のあるもの）**

- ・ かつら・ウィッグ・ヘアエクステンション
- ・ 増毛スプレー
- ・ 頭髮吹付けのラメ飾り
- ・ ヘアピン・バレッタ（髪留め）
- ・ ゴム輪（髪留め）

- ・ めがね
- ・ ピアス・イヤリング
- ・ ネックレス・ペンダント
- ・ 補聴器類
- ・ はずせる入れ歯
- ・ マスク（金属の入っているもの）

- ・ 携帯電話・スマホ・タブレット
- ・ 時計・ライター
- ・ 指輪
- ・ カギ
- ・ 名札ホルダー
- ・ その他金属小物
- ・ 財布（小銭・コイン・メダル）
- ・ 紙幣クリップ
- ・ 磁気カード・ICカード類
- ・ 杖・ステッキ
- ・ ポケットナイフ
- ・ 筋カトレニング等のウエイト（砂のう）
- ・ 安全ピン・ゼムクリップ
- ・ ペン・鉛筆

- ・ ブラジャー
- ・ ヒートテックのような保温用下着・インナー
- ・ 矯正・補正下着
- ・ 光るラメ・スパンコールの付いた下着
- ・ 金属のボタン・ホック・ファスナー等付いた衣類
- ・ 金属糸の入った衣類
- ・ ベルト

- ・ エレキバン
- ・ カイロ
- ・ 各種貼付剤（湿布等）
- ・ ニトロゲーム
- ・ テーピング

- ・ 刺青（いれずみ）・タトゥー
- ・ 皮膚下の金糸等（美容整形術）
- ・ 永久アイライン
- ・ ネイルアート・ジェルネイル・アクリルネイル・つけ爪
- ・ マニキュア
- ・ カラーコンタクトレンズ
- ・ アイシャドー・マスカラ
- ・ つけまつげ

- ・ UVケア用品（クリーム・スプレー・パウダーを含む）
- ・ ラメや金属イオンを含む化粧品
- ・ ファンデーション（下地・保湿クリーム・パウダーを含む）
- ・ 温熱・温感クリーム

**以下のものは、あらかじめ処置された医療機関に「MR検査を受けてよいか」お尋ねください。**

**また以下のものを付けた同伴者の方は、入室も危険な場合がありますので、ご注意ください。**

- ・ 磁力装着義眼
- ・ インプラント
- ・ 差し歯・ブリッジ
- ・ 歯科矯正装置（マルチブラケットシステム等）
- ・ 歯科用磁性インプラント
- ・ 義肢
- ・ 骨折治療用金属ボルト
- ・ プレートロッド
- ・ チタン製以外の人工骨・関節
- ・ ハローベスト
- ・ 心臓ペースメーカー等
- ・ 除細動器（ICD）
- ・ 刺激電極（CRT・CRTD）
- ・ 各種ステント
- ・ シャント
- ・ 人工内耳・補聴器
- ・ 脳動脈瘤手術用クリップ
- ・ 体内植込み型薬物注入ポンプ（ITBポンプ等）