

(別紙4)

1 仕様書 「8 納入」(5)について

各種測定項目について、検量線の調製濃度および定量下限値はそれぞれ表1～表5のとおりとする。

表1 ハロ酢酸の検量線調製濃度および定量下限値

| 対象物質    | 検量線濃度 (単位: mg/L) |       |       |       |       | 定量<br>下限値 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| クロロ酢酸   | 0.002            | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.050 | 0.002     |
| ジクロロ酢酸  | 0.002            | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.050 | 0.002     |
| トリクロロ酢酸 | 0.002            | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.050 | 0.002     |

表2 陰イオン界面活性剤の検量線調製濃度および定量下限値

| 対象物質                     | 検量線濃度 (単位: mg/L) |       |       |       |       | 定量<br>下限値 |
|--------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| デシルベンゼン<br>スルホン酸ナトリウム    | 0.010            | 0.020 | 0.030 | 0.050 | 0.100 | 0.010     |
| ウンデシルベンゼン<br>スルホン酸ナトリウム  | 0.010            | 0.020 | 0.030 | 0.050 | 0.100 | 0.010     |
| ドデシルベンゼン<br>スルホン酸ナトリウム   | 0.010            | 0.020 | 0.030 | 0.050 | 0.100 | 0.010     |
| トリデシルベンゼン<br>スルホン酸ナトリウム  | 0.010            | 0.020 | 0.030 | 0.050 | 0.100 | 0.010     |
| テトラデシルベンゼン<br>スルホン酸ナトリウム | 0.010            | 0.020 | 0.030 | 0.050 | 0.100 | 0.010     |

表3 フェノール類の検量線調製濃度および定量下限値

| 対象物質             | 検量線濃度 (単位：mg/L) |      |      |      | 定量<br>下限値 |
|------------------|-----------------|------|------|------|-----------|
| フェノール            | 0.01            | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.01      |
| 2-クロロフェノール       | 0.01            | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.01      |
| 4-クロロフェノール       | 0.01            | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.01      |
| 2,4-ジクロロフェノール    | 0.01            | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.01      |
| 2,6-ジクロロフェノール    | 0.01            | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.01      |
| 2,4,6-トリクロロフェノール | 0.01            | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.01      |

表4 ホルムアルデヒドの検量線調製濃度および定量下限値

| 対象物質     | 検量線濃度 (単位：mg/L) |       |       |       |       | 定量<br>下限値 |
|----------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| ホルムアルデヒド | 0.005           | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.025 | 0.005     |

表5 ペルフルオロオクタンスルホン酸およびペルフルオロオクタン酸の  
検量線調製濃度および定量下限値

| 対象物質            | 検量線濃度 (単位：mg/L) |       |       |       |       | 定量<br>下限値 |
|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| ペルフルオロオクタンスルホン酸 | 0.002           | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.050 | 0.002     |
| ペルフルオロオクタン酸     | 0.002           | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.050 | 0.002     |