

フラグメントアナライザー修繕の仕様書

1 目的

滋賀県警察が保有するフラグメントアナライザーが良好な状態で使用できるように修繕を行うもの

2 対象物品

(1) 物 品 フラグメントアナライザー 1 式
3500xL Genetic Analyzer for HID 3500xL-HID-JP
シリアル番号：31388-030

(2) 保管場所 滋賀県警察本部刑事部科学捜査研究所（滋賀県大津市）

3 一般的事項

- (1) 本仕様規定されていない事項または解釈に疑義のある事項については、担当者の指示または承認を受けること。
- (2) 修理時において、障害が生じた場合は、速やかに障害原因及び処置について担当者に確認すること。
- (3) 作業は午前 8 時30分から午後 5 時15分までの間で行うこと。

4 業務内容

フラグメントアナライザーのレーザー部が故障したため、部品の交換作業等を実施すること。
交換部品の内訳については次のとおりとする。

品 名	メーカー名	数量
ASSY, LASER SOC 3500	Thermo Fisher Scientific	1 式

5 報告

修理完了時には、正常に使用可能か否か動作確認を実施し、作業報告書等を提出すること。