

第 1 総 説

1 沿 革

明治 26 年	1 月	県庁舎内に滋賀県常置度量衡検定所設置
明治 33 年	8 月	彦根市にも常置検定所設置（明治 40 年 5 月廃止）
昭和 27 年	3 月	滋賀県計量検定所と改称
昭和 30 年	9 月	本庁経済部商工観光課に計量係を設置し、計量指導にあたる
昭和 34 年	10 月	所内に庶務係と業務係を設置し、計量業務の充実をはかる
昭和 41 年	1 月	県庁第二別館を改築し、その一部に移転
平成 7 年	5 月	草津市の独立庁舎に移転し現在に至る
平成 8 年	4 月	庶務係・業務係の係制が廃止される

2 所在地および土地・建物

所在地	〒 5 2 5 - 0 0 2 2	草津市川原町 1 4 9 番 1
電 話	0 7 7 - 5 6 3 - 3 1 4 5	
F A X	0 7 7 - 5 6 3 - 3 3 9 3	


土地面積 7, 0 4 3. 7 6 m²

建物面積 1, 3 9 3. 2 2 m²

◎ 本館棟	8 3 5. 9 7 m ²	
1 F (主要施設)	計量検定所事務室	1 0 0. 1 9 m ²
	圧力計検定・検査室	4 1. 2 0 m ²
	温度計検定・検査室	1 3. 9 0 m ²
	基準天秤室	2 2. 6 0 m ²
	小型質量計検定・検査室	4 4. 7 0 m ²
	展示ホール	8 2. 5 0 m ²
2 F (主要施設)	計量協会事務室	2 8. 4 5 m ²
	会議室	1 4 0. 6 0 m ²
	相談室	1 6. 8 0 m ²
	文書庫	3 1. 0 0 m ²
(その他)	倉庫、化粧室、廊下等	3 1 4. 0 3 m ²
◎ 検査棟	4 9 4. 6 6 m ²	
(主要施設)	装置検査場	2 0 0. 7 0 m ²
	大型質量計検査室	1 7 4. 3 0 m ²
	基準分銅検査室	2 0. 5 5 m ²
(その他)	化粧室、搬入口等	9 9. 1 1 m ²
◎ その他	6 2. 5 9 m ²	
	渡り廊下	3 8. 7 5 m ²
	自転車置場	1 4. 5 2 m ²
	ゴミ置場	9. 3 2 m ²

3 組織および職員

当所は、県商工労働部に属しており、その組織と職員の配置状況は次のとおりである。



職員の配置状況

（2025年4月1日現在）

	事 務 職 員	技 術 職 員	計
所 長	1 (1)	0 (0)	1 (1)
次 長	1 (0)	0 (0)	1 (0)
専 門 幹	0 (0)	1 (0)	1 (0)
主 幹	0 (0)	1 (1)	1 (1)
副 主 幹	0 (0)	1 (0)	1 (0)
主 任 主 事	1 (1)	0 (0)	1 (1)
計	3 (2)	3 (1)	6 (3)

（注）（ ）内は、計量教習の修了者

4 歳入・歳出状況

1. 歳 入 ①（款）使用料及び手数料 （項）手 数 料 （目）商工観光労働手数料
 ②（款）使用料及び手数料 （項）使 用 料 （目）商工観光労働使用料

（単位：円）

区 分	2025年（令和7年）度決算額	2026年（令和8年）度予算額
①（節）計量検定検査登録	8,238,750	5,716,490
※（内訳）検定（装置検査含む）	（ 3,789,590）	（ 3,039,790）
基準器検査	（ 1,479,290）	（ 1,653,000）
計量証明検査	（ 2,381,700）	（ 663,700）
登録・指定・閲覧等	（ 241,920）	（ 0）
検定検査費用弁償	（ 346,250）	（ 360,000）
②（節）計量検定所	609,289	607,000
（内訳）行政財産使用料	（ 609,289）	（ 607,000）
合 計	8,848,039	6,323,490

※ 内訳の金額は申請書貼付の収入証紙の金額であり、決算額（収入証紙売払金額）とは合わない。

2. 歳 出（人件費を除く）（款）商工観光労働費 （項）商工業費 （目）計量検定費

（単位：円）

区 分	2025年（令和7年）度決算額	2026年（令和8年）度予算額
報 償 費	0	14,000
旅 費	126,840	322,000
需 用 費	5,959,089	6,661,000
（内訳）食 糧 費	（ 0）	（ 0）
その他需用費	（ 5,959,089）	（ 6,661,000）
役 務 費	2,067,880	1,637,000
（内訳）保 険 料	（ 57,566）	（ 28,000）
その他役務費	（ 2,010,314）	（ 1,609,000）
委 託 料	9,225,700	11,067,000
使用料および賃借料	929,496	445,000
工事請負費	34,826,000	0
備品購入費	0	0
負担金補助および交付金	16,000	37,000
償還金利子および割引料	0	100,000
公 課 費	21,400	9,000
合 計	53,172,405	20,292,000

5 検定検査用具類

(2025年 4 月 1 日現在)

基準器等の種類			型式または能力		数 量
長さ計	基準器	基準巻尺	全長 5m 一目盛 10cm		1
		タシメーター装置検査用基準器	表示量 2,000mm		2
質量計	基準器	特級基準分銅	表示量 1g ～ 20kg 器物番号 25		18
			表示量 1mg ～ 500mg 器物番号 25		12
		特級基準分銅 (OIML E2相当)	表示量 2kg ～ 20kg 器物番号 5		5
			表示量 1mg ～ 1kg 器物番号 5		25
		特基準分銅	表示量 1kg 器物番号 1		1
		一級基準分銅	表示量 20kg 器物番号 69		1
			表示量 10kg 器物番号 2		2
			表示量 1kg ～ 5kg 器物番号 3		4
			表示量 1mg ～ 1kg 器物番号 1		25
			表示量 1g ～ 500g 器物番号 2		12
	表示量 1mg ～ 500mg 器物番号 2		12		
	表示量 100g ～ 500g 器物番号 7		4		
	表示量 50g ～ 2kg 器物番号 F		14		
	量設	質量比較器 (電子天びん)	ひょう量 6.1g 目量 0.001mg		1
			ひょう量 610g 目量 0.01mg		1
			ひょう量 26.1kg 目量 1mg		1
			ひょう量 32.1kg 目量 100mg		1
			ひょう量 1.1t 目量 0.5g		1
		電気抵抗線式はかり	ひょう量 1kg 目量 1g・2g		81
		音叉振動式はかり	ひょう量 320g 目量 0.01g		1
			ひょう量 3kg 目量 0.1g		1
			ひょう量 6.2kg 目量 0.1g		1
		計備	実用基準分銅	表示量 20kg (一級、枕型) R	
	表示量 1t (二級、枕型) 1～12			12	
	表示量 500kg (二級、枕型) 1～96			96	
	表示量 1g～1kg (二級、円筒) 50			20	
	表示量 100g～500g (二級、増おもり型) A			6	
	表示量 100g～500g (一級、増おもり型) B			8	
表示量 100g～500g (二級、増おもり型) C				6	
表示量 100g～500g (二級、増おもり型) D				8	
表示量 100g～500g (二級、増おもり型) E				8	
表示量 1kg～5kg (二級、枕型) G				4	
表示量 1kg～20kg (二級、枕型) J				53	
表示量 20kg (三級、枕型鎖付) L				2	
表示量 20kg (三級、枕型) M				8	
表示量 20kg (三級、枕型) N				96	
表示量 1mg～1kg (一級、板状・円筒型) 5				25	
表示量 10g～140g 12.5g 70g (補正分銅)				30	
表示量 60kg (三級、分銅収納バスケット)				4	

		エアバランサー	能力 30kg	1
--	--	---------	---------	---

基準器等の種類			型式または能力	数 量
温 度 計	基 準 器	基準ガラス製温度計	-20℃～105℃ 目量 0.5℃	1
			-23℃～108℃ 目量 0.5℃	1
			- 6℃～ 41℃ 目量 0.5℃	1
			- 2℃～ 52℃ 目量 0.1℃	1
			35℃～ 45℃ 目量 0.1℃	1
			-20℃～ 10℃ 目量 0.05℃	1
			10℃～ 40℃ 目量 0.05℃	2
			40℃～ 70℃ 目量 0.05℃	1
			-56℃～ 0℃ 目量 0.1℃	1
			-10℃～ 50℃ 目量 0.1℃	1
体 積 計	基 準 器	液体メーター用基準タンク		1
				1
体 積 計	基 準 器	基準フラスコ	全量 5. 1L 10. 4L 21L 50L(未検査) 100L 200L	各1
			全量 10L 5L	各1
			全量 2L 1L 500mL 200mL 100mL	各1
			全量 500mL 200mL 100mL	各1
圧 力 計	基 準 器	基準液柱型圧力計	0～200kPa 目量 0. 5kPa	1
			0～102kPa 目量 0. 5kPa	1
		基準重錘型圧力計	2MPa ～ 50MPa	1
			0. 1MPa ～ 5MPa	1
密 度 計	基 準 器	液化石油ガス用基準浮ひょう	0. 5 ～ 0. 65g/cm ³ 0. 002g/cm ³	1
			0. 47 ～ 0. 57g/cm ³ 0. 001g/cm ³	1
		石油用基準密度浮ひょう	0. 750 ～ 0. 850g/cm ³ 0. 0005g/cm ³	1組
比 重 計	基 準 器	基準比重浮ひょう	0. 65 ～ 2. 00 0. 0005	1組